

КГП "Центральная больница города Темиртау"

Объявление по закупке медицинских изделий способом запроса ценных предложений

№ лота	Наименование и адрес заказчика	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Планируемая цена 2021 год	Потребность на 2021 год	Сумма на 2021 год	Место поставки/условия поставки	Сроки поставки	Место представления (приема) документов	Окончательный срок подачи ценных предложений	Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП	
1	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22	Маска для инвазивной вентиляции легких	Маска для неинвазивной вентиляции легких (NIV/CPAP/ВІРАР) многоразовая. Тип – не вентилируемая. Материал маски – прозрачный пластик. Материал манжеты – медицинский силикон. Комфортное прилегание за счет двойных стенок манжеты. Головной фиксатор – наличие. Вращение застежек фиксатора 360 градусов – наличие. Налобный регулятор – наличие. Точная регулировка прилегания налобным регулятором – наличие. Регулируемая высота маски – наличие. Не менее 2 уровней регулировки высоты маски. Коннектор для дыхательного контура – ID22мм. Поворот коннектора присоединения контура на 360 градусов – наличие. Обслуживание маски: замена манжеты – после 6 месяцев, замена головного фиксатора - после 6 месяцев, замена корпуса маски – после 12-18 месяцев, в зависимости от интенсивности использования. Размер M. Физические размеры маски: длина 183,9 мм, ширина 118мм, глубина 114,5мм.	штука	17,500.00	30	525,000.00	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22/DDP	Согласно графика поставки утвержденными сторонами	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж холл (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия	16.09.2019 г. 10-00 ч.	16.09.2019 г. 11-00 ч.	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж холл
2	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22	Маска для инвазивной вентиляции легких	Маска для неинвазивной вентиляции легких (NIV/CPAP/ВІРАР) многоразовая. Тип – не вентилируемая. Материал маски – прозрачный пластик. Материал манжеты – медицинский силикон. Комфортное прилегание за счет двойных стенок манжеты. Головной фиксатор – наличие. Вращение застежек фиксатора 360 градусов – наличие. Налобный регулятор – наличие. Точная регулировка прилегания налобным регулятором – наличие. Регулируемая высота маски – наличие. Не менее 2 уровней регулировки высоты маски. Коннектор для дыхательного контура – ID22мм. Поворот коннектора присоединения контура на 360 градусов – наличие. Обслуживание маски: замена манжеты – после 6 месяцев, замена головного фиксатора - после 6 месяцев, замена корпуса маски – после 12-18 месяцев, в зависимости от интенсивности использования. Размер S. Физические размеры маски: длина 175,9мм, ширина 110 мм, глубина 112,5мм.	штука	17,500.00	20	350,000.00	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22/DDP	Согласно графика поставки утвержденными сторонами	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж холл (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия	16.09.2019 г. 10-00 ч.	16.09.2019 г. 11-00 ч.	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж холл

№ лота	Наименование и адрес заказчика	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Планируемая цена 2021 год	Потребность на 2021 год	Сумма на 2021 год	Место поставки/условия поставки	Сроки поставки	Место представления (приема) документов	Окончательный срок подачи ценовых предложений	Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП
3	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22	Маска для инвазивной вентиляции легких	Маска для неинвазивной вентиляции легких (NIV/CPAP/BIPAP) многоразовая. Тип – не вентилируемая. Материал маски – прозрачный пластик. Материал манжеты – медицинский силикон. Комфортное прилегание за счет двойных стенок манжеты. Головной фиксатор – наличие. Вращение застежек фиксатора 360 градусов – наличие. Налобный регулятор – наличие. Точная регулировка прилегания налобным регулятором – наличие. Регулируемая высота маски – наличие. Не менее 2 уровней регулировки высоты маски. Коннектор для дыхательного контура – ID22мм. Поворот коннектора присоединения контура на 360 градусов – наличие. Обслуживание маски: замена манжеты – после 6 месяцев, замена головного фиксатора - после 6 месяцев, замена корпуса маски – после 12-18 месяцев, в зависимости от интенсивности использования. Размер L. Физические размеры маски: длина 194,9 мм, ширина 122 мм, глубина 114,5мм.	штука	17,500.00	10	175,000.00	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау, ул. Чайковского, 22/DDP	Согласно графика поставки утвержденного сторонами	КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж холл (вызов бухгалтерии)/ 4 этаж бухгалтерия	16.09.2019 г. 10-00 ч.	16.09.2019 г. 11-00 ч. КГП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж холл