

Протокол № 18

Об итогах по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе медицинского страхования на 2022 год по объявлению № 17 от 26.07.2022г

КГП «Центральная больница города Темиртау»

11.08.2022 год

Комиссия в составе:

1	Пак Д.А.	Руководитель хирургической службы, председатель комиссии
2	Третьяк Н.Н.	Заместитель директора по экономическому и административно хозяйственному обеспечению
Члены комиссии:		
3	Чернышенко И.А.	Руководитель СПБК
4	Абеуова Г.Б.	Главный бухгалтер
5	Цыцура А.Н.	Провизор
6	Абдрахманов А.Т.	Юристконсульт
7	Семиониди И.А.	Бухгалтер по гос.закупкам, секретарь

Организатор проведения закупа способом запроса ценовых предложений:

- КГП «Центральная больница города Темиртау» УЗКО

Согласно главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и(или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее «Правила») организатор провел закуп способом запроса ценовых предложений медицинских изделий.

Организатор закупа запросил ценовые предложения у потенциальных поставщиков путем размещения объявления на интернет – ресурсе заказчика.

В срок до 15 – 00 часов 02 августа 2022 года предоставлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

№ п/п	Дата подачи конвертов	Время подачи конвертов	Наименование фирмы-поставщика	Адрес	Номер телефонов
1	02.08.2022 г.	14 ч 25 мин	ТОО «X-RAY Medical Systems»	РК, г. Караганда, пр. Н.Абдирова, 43	8 (7212) 97-20-87

12 мая 2022 года в 11-00 часов в холле КГП «Центральная больница города Темиртау» комиссией проведено вскрытие конверта с заявками по закупам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2022 год способом запроса ценовых предложений.

При процедуре вскрытия конверта с ценовыми предложениями присутствовал представитель потенциального поставщика Белоусов А.В. уд. личности 049281572.

Комиссией были рассмотрены представленные документы потенциального поставщика, представившего ценовое предложение на соответствие требованиям, предусмотренных в «Правилах» и принято решение:

1. Согласно п.100 настоящих «Правил», «в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого предоставлены в соответствии с п.102 настоящих «Правил», заказчик или организатор закупок принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупок» комиссия приняла решение признать победителем по лоту №1 ТОО «X-RAY Medical Systems» согласно Приложения №1.

Председатель комиссии

Пак Д.А.

Заместитель председателя комиссии

Третьяк Н.Н.

Члены комиссии:

Чернышенко И.А.

Абеуова Г.Б.

Абдрахманов А.Т.

Цыцура А.Н.

Шиманская И.В.

Секретарь комиссии:

Семиониди И.А.



№ п/п	Дата подачи заявки	Время подачи заявки	Наименование фирмы-поставщика	Адрес	Номер телефона
1	02.08.2022 г.	14:25 мин	ТОО «X-RAY Medical Systems»	РК, г. Караганда, бр. И.Абдраманов 43	8 (7212) 97-20-87

12 июля 2022 года в 11:00 часов в холле КТП «Центральная больница города Ташкенту» комиссия провела вскрытие конверта с заявкой на закупку медицинских изделий по оказанию экстренной помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2022 год способом запроса ценовых предложений.

При вскрытии конверта с заявкой на предоставление услуг потенциальный поставщик Бабуров А.Б. был лично идентифицирован.

КГП "Центральная больница города Темиртау"

№ лота	Наименование и адрес заказчика	Наименования	Характеристика	Ед. изм.	Потребность на медицинские			Победитель	цена	Сумма	Производитель
					Планируе	Количество	Сумма на 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КГП "Центральная больница города Темиртау" г. Темиртау ул. Чайковского, 22	Клапан выдоха совместимый с аппаратом ИВЛ Mindray SV 300	Автоклавируемый датчик потока интегрирован в клапан выдоха. Клапаны выдоха, контактирующие с дыхательной смесью выдыхаемой пациентом, обрабатываются в сборе с датчиками потока и давления методами автоклавирования и химической стерилизации. Конструкция съемных клапанов должна отвечать версиям международных стандартов ISO80601-2-12 и ISO80601-2-55.	штука	400 000,00	3	1 200 000,00	ТОО «X-RAY Medical Systems»	350 000,00	1 050 000,00	"Shenzhen Mindrey Bio-Medical Electronics Co., Ltd" Китай

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Пак Д.А.

Третьяк Н.Н.

Чернышенко И.А.

Абеуова Г.Б.

Абдрахманов А.Т.

Цыбура А.Н.

Шиманская И.В.

Семюниди И.А.

