

Экспертное заключение

Лот №1 Уретероренофиброскоп

Омаров Евгений Юрьевич - заведующий урологическим отделением

После изучения, представленных потенциальными поставщиками документаций, и других документов в соответствии с техническими характеристиками оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками были сделаны следующие выводы.

Наименование: по лоту № 1 Уретероренофиброскоп

На тендер представлены:

1) **ТОО «NOVIRS»** - Уретероренофиброскоп

Производитель: производитель Olympus Medical Systems Corp., Япония

Регистрационное удостоверение : РК -МТ-5 №018499, РК -МТ-5№018444, РК-МТ-5 №018050, РК -МТ-5 №020136,

При определении соответствия технических характеристик оборудования , требованиям технической спецификации медицинской техники, уретероренофиброскоп полностью соответствует всем параметрам и требованиям технической спецификации медицинской техники .

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

Заведующий урологическим отделением

Омаров Е.Ю.

