

КТП "Центральная больница города Темиртау"

Объявление №11 от 11.11.2020 г о проведении закупки медицинских изделий способом запроса ценных предложений

№ лота	Наименование и адрес заказчика	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Планируемая цена 2020 г	Потребность на 2020 год	Сумма на 2020 год	Место поставки/условия поставки	Сроки поставки	Место представления (принема) документов	Окончательный срок подачи ценных предложений	Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП
1	КТП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22	Спицы, без упора, L=250 мм, 370 мм, d=1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм с перьевой заточкой	Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 "Имплантаты хирургические неактивные". Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полированноэлектро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перьевую. Размеры спиц: длина 250 мм, 370 мм, диаметр спиц 1,5мм, 1,8 мм, 2,0 мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей спицы должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/кв.мм. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконапортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт.	1,565.00	100	156,500.00	КТП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP	Согласно графика поставки утвержденного сторонами	КТП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, х/часть , бухгалтерия	18.11.2020 год 10.00	18.11.2020 года 11-00 ч. КТП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, вестибюль
2	КТП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22	Спицы, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, 2,0 мм с перьевой заточкой	Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 "Имплантаты хирургические неактивные". Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полированноэлектро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перьевую. Размеры спиц: длина 400 мм, диаметр спиц 1,8 мм, 2,0 мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей спицы должен быть не более 0,03 мм. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на свинг упора не менее 120 кг(1177н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40+-1%. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/кв.мм. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконапортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт.	1,969.00	50	98,450.00	КТП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 /DDP	Согласно графика поставки утвержденного сторонами	КТП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, х/часть , бухгалтерия	18.11.2020 год 10.00	18.11.2020 года 11-00 ч. КТП "Центральная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 1 этаж, вестибюль