

## Протокол №13

### итогов по закупу медицинских изделий по объявлению № 11 от 11 ноября 2020 г на 2020 год способом запроса ценовых предложений

КГП «Центральная больница города Темиртау»

24.11.2020 год

Комиссия в составе:

1	Аханова Б.Б.	Заместитель директора по медицинской части, председатель комиссии
2	Третьяк Н.Н.	Заместитель директора по экономическому и административно хозяйственному обеспечению
Члены комиссии:		
3	Абеуова Г.Б	Главный бухгалтер
4	Гусейнов М.К.	Зав. отделения политравмы
5	Цыцура А.Н.	Провизор
6	Капанова Д.Б.	Главная медсестра
7	Уали С.У.	Юрист
8	Ильясова Я.А.	Экономист, секретарь комиссии

Организатор проведения закупа способом запроса ценовых предложений:  
- КГП «Центральная больница города Темиртау» УЗКО

Согласно главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 « Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее «Правила») организатор провел закуп способом запроса ценовых предложений медицинских изделий.

Организатор закупа запросил ценовые предложения у потенциальных поставщиков путем размещения объявления на интернет – ресурсе заказчика.

В срок до 10 – 00 часов 18 ноября 2020 года предоставлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

№ п/п	Дата подачи конвертов	Время подачи конвертов	Наименование фирмы – поставщика	Адрес	Номер телефона
1	13.11.2020	11 час – 44 мин	ТОО «Арех Со»	Юр.адрес: 050023 РК, г.Алматы, ул. Нур Алатау ул.Еркегали Рахмадиева,дом 35	8(727) 295-25-25 etah@apex-co.kz
2	13.11.2020	11 час – 45 мин	ТОО «Круана»	Юр.адрес: 050057 РК, г.Алматы, ул.	8(727) 274-40-20 8(727) 274-32-22

				Бостандыкский район, ул.Тимирязева 42, корпус 15	87752853222 office@kruana.kz
--	--	--	--	--	---------------------------------

18 ноября 2020 года в 11-00 часов проведено вскрытие конвертов с заявками по закупкам лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, расходных материалов по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2020 год способом запроса ценовых предложений.

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

Комиссией были рассмотрены предоставленные документы потенциальных поставщиков, предоставивших ценовые предложения на соответствие требованиям, предусмотренным в «Правилах» и принято решение:

1. Согласно п. 112 настоящих правил, комиссия решила произвести закуп медицинских изделий на 2020 год способом запроса ценовых предложений, согласно, приложения № 1.

Председатель комиссии

Аханова Б.Б.

Заместитель комиссии

Третьяк Н.Н.

Члены комиссии:

Абеуова Г.Б.

Гусейнов М.К.

Цыцура А.Н.

Капанова Д.Б.

Уали С.У.

Секретарь комиссии:

Ильясова Я.А.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



## КГП "Центральная больница города Темиртау"

## Итоги по закупке рентгеновских расходных материалов способом запроса ценных предложений

№ лота	Наименование и адрес заказчика	Группа, МНН	Лекарственная форма	Ед. изм.	Планируемая цена 2020 г	Потребность на 2020 год	Сумма на 2020 год	Победитель	Цена	Сумма
1	КГП "Центральная больница города Темиртау" г. Темиртау ул. Чайковского, 22	Спица, без упора, L=250 мм, 370 мм, d=1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм с перьевой заточкой	Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 "Имплантанты хирургические неактивные". Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перьевую. Размеры спиц: длина 250 мм, 370 мм, диаметр спиц 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей спицы должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/кв мм. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт.	1 565,00	100	156 500,00	ТОО «Апек Со» Юр. адрес: 050023 РК, г. Алматы, ул. Нур Алатау ул. Еркегали Рахмадиева, дом 358(727) 295-25-25 etah@apex-co.kz	1 382,00	138 200,00
2	КГП "Центральная больница города Темиртау" г. Темиртау ул. Чайковского, 22	Спица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, 2,0 мм с перьевой заточкой	Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 "Имплантанты хирургические неактивные". Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перьевую. Размеры спиц: длина 400 мм, диаметр спиц 1,8 мм, 2,0 мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей спицы должен быть не более 0,03 мм. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг(1177н). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40+-1%. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/кв мм. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт.	1 969,00	50	98 450,00	ТОО «Апек Со» Юр. адрес: 050023 РК, г. Алматы, ул. Нур Алатау ул. Еркегали Рахмадиева, дом 358(727) 295-25-25 etah@apex-co.kz	1 912,00	95 600,00

Председатель комиссии:

Аханова Б.Б.

Заместитель комиссии:

Третьяк Н.Н.

Члены комиссии:

Абеуова Г.Б.

Гусейнов М.К.

Цыцура А.Н.

Капанова Д.Б.

Уали С.У.

Секретарь комиссии:

Ильясова Я.А.