

Экспертное заключение

Мусаев Беслан Хожаметович - заведующий отделения политравмы КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау », врач – травматолог высшей категории.

После изучения, представленных потенциальными поставщиками документаций, и других документов в соответствии с техническими характеристиками оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками были сделаны следующие выводы.

Наименование: по лоту № 2 Стол операционный с принадлежностями , для травматологии
На тендер представлены:

1) **ТОО « Easy Way Tech »** » - Стол операционный TRDT-13CM
РК- МИ (МТ)-0№024218

Производитель :Triup International Corporation , Китай

Дата регистрации: 11.05.2022г.

Дата истечения регистрации: бессрочно

Стол операционный TRDT-13CM представленный не соответствует технической характеристики - а именно , не соответствуют заявленным техническим характеристикам количество секций панели стола , высота подъема почечного моста , продольное перемещение столешницы стола относительно основания , электрогидравлическая бесступенчатая регулировка продольных наклонов в пределах Тренделенбург , Анти Тренделенбург , отсутствует наличие клеммы для крепления кабеля выравнивания потенциалов, отсутствует оснащение дополнительным дублирующим электро-гидравлическим приводом, позволяющим проводить настройки стола, при помощи ножной педали, вне зависимости от ручного пульта управления, не соответствует безопасная рабочая нагрузка на стол. В дополнительных комплектующих не указаны технические размеры упор боковых , отсутствуют держатель рентгенкассет, тележка для аксессуаров для ортопедической приставки на роликах .

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

2) **ТОО « НЕОМЕДИКАЛ »** - Операционный стол ОР350

РК-МИ (МТ)-0№024243

Производитель : Hoyer Medical Co, Ltd , Китай

Дата регистрации: 12.05.2022 г.

Дата истечения регистрации: бессрочно

Операционный стол ОР350 не соответствует технической характеристики - а именно , не соответствует заявленным техническим характеристикам верхнее положение электрогидравлической бесступенчатой регулировки высоты ложа посредством проводного дистанционного пульта управления , электрогидравлическая бесступенчатая регулировка продольных наклонов в пределах Тренделенбург , Анти Тренделенбург , электрогидравлическая бесступенчатая регулировка латеральных (боковых) наклонов посредством проводного дистанционного пульта управления, отсутствует дополнительный дублирующий электро-гидравлическим привод, позволяющий проводить настройки стола, при помощи ножной педали, вне зависимости от ручного пульта управления,.

Не соответствует комплектация регистрационного удостоверения с представленными техническими характеристиками: отсутствуют опора для руки, упоры боковые , дуга анестезиолога , стойка инфузионная , держатель рентгенкассеты, ремень для фиксации туловища с пряжкой , крепление однопозиционное, приставка ортопедическая ,

тележка для аксессуаров для ортопедической приставки на роликах .
Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

3) ТОО « VICTRIX » - Операционный стол SU -03 с принадлежностями в комплекте РК МИ (МТ) – 0№024740

Производитель: FAMED Zywiec Sp.z o.o., Польша

Дата регистрации: 28.06.2022 г.

Дата истечения регистрации: бессрочный

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинской техники, операционный стол SU -03 представленный **ТОО «VICTRIX»**, по техническим характеристикам соответствует заявленной технической спецификации.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

4) ТОО « EVOMED » - Стол операционный универсальный VIVAX , с принадлежностями

РК – МТ 5№017704

Производитель Infimed Sp.z.o.o, Польша

Дата регистрации 28.11.2022 г.

Дата истечения регистрации : бессрочно

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинской техники, стол операционный универсальный VIVAX , с принадлежностями , представленный **ТОО « EVOMED »**, по техническим характеристикам соответствует заявленной технической спецификации и является предпочтительной моделью, так как в настоящее время используются на практике другими медицинскими организациями .

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

Заведующий отделения политравмы

КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау»



Мусаев Б.Х.